



## Propósito como dispositivo médico

For ovens covered by the scope of the Directive 93/42/EEC (Directive of the Commission on the harmonization of the legal regulations of the Member States on medical devices) the following intended purpose applies

| Equipo                | Uso previsto como dispositivo médico  | Clasificación conforme a MDD | Opción A6 |
|-----------------------|---|------------------------------|-----------|
| SNplus, SFplus        | Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor seco a través de aire caliente a presión atmosférica.   | IIb                          | -         |
| SN, SF *)             | Los equipos se utilizan para esterilizar materiales médicos con calor seco a través de aire caliente a presión atmosférica.   | IIb                          | si        |
| ICOMed                | El incubador de CO <sub>2</sub> ICOMed sirve para la creación y el mantenimiento de unas condiciones ambientales constantes en la gama de aplicaciones de fertilización in vitro (FIV), especialmente durante la incubación de ovocitos, espermatozoos y cigotos en los recipientes previstos para aplicaciones de FIV, así como para los procesos de expresión génica y la biosíntesis de ARN y proteínas. | Ila                          | -         |
| UNmplus, UFmplus      | El equipo se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas.   | I                            | -         |
| UNm, INm, UFm, IFm *) | El equipo se utiliza para calentar y conservar calientes las envolturas de fango, silicatos y los sistemas de envolturas adhesivas.   | I                            | si        |
| INmplus, IFmplus      | El equipo sirve para regular la temperatura de las soluciones de lavado e infusión y de los medios de contraste.  | I                            | -         |
| IFbw                  | El equipo sirve para el calentamiento de mantas y toallas no estériles.   | I                            | -         |

\*) Nota: para cumplir con todos los requisitos de la directiva 93/42/EEC anexo 1, es obligatoria una protección contra temperatura excesiva adicional (opción A6).