

Декларация о соответствии нормам ЕС

Название / адрес производителя: Memmert GmbH + Co. KG
Äussere Rittersbacherstraße 38
D-91126 Schwabach
Германия

Продукт: Инкубаторы

Тип: ICO.../50med/105med/150med/240med
UMDNS-No.: 18-013, Incubator Laboratory
Basic-UDI-DI: 42518175ICOmed012UD

Номинальное напряжение: ~230 В, 50/60Гц или

Класс IIa, в соответствии с Директивой 93/42/ЕЕС, Приложение IX Правило 2

Настоящим мы заявляем о соответствии вышеуказанной продукции Сводной директиве 93/42/ЕЕС, Приложение II, раздел 3. Вышеуказанный продукт был разработан и изготовлен в соответствии с Директивой ЕС 93/42/ЕЕС.

Нотифицированный орган TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystr. 2
D-90431 Nürnberg
Deutschland (Германия)
Нотифицированный орган № 0197

Сертификат QS HD 60147353 0001 действителен до 26.05.2024 г.

Декларация соответствия действительна до 31.12.2028.

Указанный продукт соответствует положениям Директивы 2011/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Производитель несет исключительную ответственность за выпуск данной декларации соответствия.

Schwabach, 14.05.2024

удостоверяющая подпись производителя:



Christiane Riefler-Karpa, менеджмент