

EU-overensstemmelseserklæring

Producentens navn/adresse:	Memmert GmbH + Co. KG Äussere Rittersbacherstraße 38 D-91126 Schwabach Tyskland
Produktbetegnelse:	Inkubator
Producentens SRN:	DE-MF-000012127
Type:	INxxmplus, xx=30/55/75/110/160/260/450/750 INxxmplusX2, xx=30/55/75/110/160/260/450/750 IFxxmplus, xx=30/55/75/110/160/260/450/750 IFxxmplusX2, xx=30/55/75/110/160/260/450/750 Basic-UDI-DI: 42518175Implus0129S
Mærkespænding:	AC 230 V 50/60 Hz, alternativt AC 115 V 50/60 Hz
Erklæret formål:	Enheden anvendes til temperering af skylle- og infusionsvæsker samt kontrastmidler. Enhver anden form for anvendelse anses som misbrug og kan forårsage skader og farer.

Klasse I, i henhold til forordning (EU) 2017/745, bilag VIII kapitel III, regel 13

Det nævnte produkt opfylder bestemmelserne i forordningen

(EU) 2017/745


inkl. bilag med ændringer

om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF

Det nævnte produkt opfylder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Producenten er alene ansvarlig for udstedelse af denne overensstemmelseserklæring.

Schwabach, 21.02.2024

Juridisk bindende underskrift fra producenten:



Christiane Riefler-Karpa, forretningsfører